جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت بهداشت

شماره: ۳۰۶/۱۷۹۴۰د
تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۰۲
پیوست: ندارد

«سرمایه‌گذاری برای تولید»
((مقام معظم رهبری))

معاون محترم بهداشت دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی...

موضوع: تصریح روش صحیح ارسال نمونه‌های هوابرد

با سلام و احترام

بر اساس گزارش‌های واصله، نتایج پایش‌های میدانی و مشاهدات عینی حاصل از بازدید از مراکز، آزمایشگاه‌ها و شرکت‌های خصوصی دارای مجوز ارائه خدمات بهداشت حرفه‌ای، مواردی از عدم رعایت الزامات استاندارد حمل و انتقال نمونه‌های هوابرد شیمیایی مشاهده و ثبت گردیده است از جمله این موارد می‌توان به استفاده از کیسه‌های پلاستیکی، پلیت‌ها و روش‌های مشابه اشاره نمود. این رویه غیراستاندارد می‌تواند منجر به از دست رفتن بخش عمده‌ای از ذرات نمونه، آلودگی متقابل و در نهایت گزارش‌دهی نادرست از میزان مواجهه شود. بر این اساس تنها روش قابل پذیرش برای ارسال نمونه‌ها، استفاده از کاست‌های ویژه هولدرهای نمونه‌برداری استاندارد (شامل انواع IOM، سیکلون و هولدرهای پلاستیکی مخصوص) به صورت کامل و مهر و موم شده می‌باشد.

لذا مقتضی است دستور فرمایید از تاریخ ابلاغ این نامه، هر نمونه‌ای که مغایر با الزام فوق به آزمایشگاه یا شرکت خصوصی ارائه‌دهنده خدمات آنالیز دستگاهی ارسال گردد، به عنوان نمونه نامعتبر تلقی شده و نمونه بردار مکلف به انجام مجدد نمونه‌برداری خواهد بود.

مهندس محسن فرهادی
رئیس مرکز سلامت محیط و کار

رونوشت:
سرکار خانم دکتر فاطمه صادقی گلوردی رئیس گروه عوامل شیمیایی و سموم

آدرس: شهرک قدس - بلوار فرحزادی - خیابان ایوانک - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - بلوک A - طبقه ۱۵
کد پستی: ۱۴۶۷۶۶۴۹۶۱ نمابر: ۸۱۴۵۴۳۵۷ صفحه الکترونیکی معاونت بهداشت: http://Health.behdasht.gov.ir